

Hi-Speed/Hi-Accuracy Handgelenkband- und Schuh- Teststation mit Ausgang - Desco 222565

Artikel-Nr. DESCO 222565

Hersteller Desco

Wandmontierte Teststation für Handgelenkband und Schuhwerk mit Ausgangskontakt für Türschloss, Signalleuchte oder andere Geräte. Prüfung in einer Sekunde bei 24 VDC, Prüfbereich 750 k Ω bis 35 M Ω .

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**

Gewicht **1.36 kg**

Norm **IEC 61340-5-1**

Zolltarifnummer **90303370**



BESCHREIBUNG

Die 222565 entspricht der 222564, ist jedoch zusätzlich mit einem Ausgangskontakt ausgestattet. Damit lassen sich Türschloss, Signalleuchte oder andere Geräte ansteuern, sodass nur Mitarbeiter mit bestandener Prüfung Zutritt zur EPA erhalten.

VORTEILE

- Prüfung von Handgelenkband und Schuhwerk in einer Station
- Prüfzyklus von einer Sekunde
- LEDs zeigen Pass- und Fail-Zustand an, Summer ertönt bei bestandener Prüfung
- Ausgangskontakt zur Ansteuerung von Türschloss, Signalleuchte oder anderem Gerät

EINSATZ

Kombinierte Eingangskontrolle mit Zutrittssteuerung am EPA-Zugang. Kalibrierung über die Kalibriereinheit 222547.