

Desco Handschuh-Elektrode für Ableitwiderstandsmessung - A1-ESD EP0204023

Artikel-Nr. EP0204023

Hersteller A1-ESD

Mess-Elektrode von Desco zur Messung und Überprüfung des Ableitwiderstandes von Handschuhen und Fingerlingen im getragenen Zustand. Prüfung gemäß ANSI/ESD SP15.1.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**Norm **IEC 61340-5-1**Verkaufseinheit **1 Stück**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Diese Handschuh-Elektrode von Desco prüft den Ableitwiderstand von ESD-Handschuhen und Fingerlingen direkt im getragenen Zustand. So lässt sich die Schutzwirkung praxisnah am Arbeitsplatz kontrollieren und dokumentieren.

VORTEILE

- Messung am getragenen Handschuh für realitätsnahe Werte
- Geeignet für Handschuhe und Fingerlinge
- Prüfung nach anerkanntem Verfahren ANSI/ESD SP15.1

ANWENDUNG

Eingangs- und Wiederholungsprüfung des Ableitwiderstandes von ESD-Handschuhen und Fingerlingen in der EPA.

NORMEN

Prüfung gemäß ANSI/ESD SP15.1, im Rahmen des ESD-Schutzkonzepts nach IEC 61340-5-1.