

ESD Handelektrode aus Edelstahl für Begetest und Systemwiderstand - Warmbier WL24079

Artikel-Nr. WL24079

Hersteller Warmbier

Handelektrode Modell 45 aus elektropoliertem Edelstahl zur Messung des Systemwiderstands Mensch/Schuhe/Boden. Für den Begetest nach DIN EN 61340-4-5.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Breite	25
Farbe	Edelstahl
Gewicht	0.1 kg
Höhe	75
Norm	DIN EN 61340-4-5
Ursprungsland	Deutschland
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher **DIN EN 61340-4-5**

BESCHREIBUNG

Die Handelektrode Modell 45 wird beim Begetest zur Messung des Systemwiderstands der Kombination Mensch, Schuhe und Boden eingesetzt. Sie wird in der Hand gehalten, während die Messperson auf dem zu prüfenden Boden steht.

VORTEILE

- Aus elektropoliertem Edelstahl für konstante Kontakteigenschaften
- Handlich dimensioniert für den Begetest
- Definierte Kontaktfläche für reproduzierbare Messungen

ANWENDUNG

Bestimmung des Systemwiderstands Mensch/Schuhe/Boden im EPA, etwa bei Eingangs- und Wiederholungsprüfungen von ESD-Schuhen und Bodenbelägen.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Geeignet für den Begetest nach DIN EN 61340-4-5.