

Kalibriereinheit mit 8 DIP-Schaltern für PGT 120 Personentester - Warmbier WL24341

Artikel-Nr. WL24341
Hersteller Warmbier

Werkskalibrierte Prüfeinheit zur Kontrolle der Widerstands-Grenzwerte des PGT 120 direkt am Arbeitsplatz. Mit 8 DIP-Schaltern lassen sich die hinterlegten Schwellwerte einfach nachprüfen, inklusive Kalibrierzertifikat.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 17025 **IEC 61340-5-1**

BESCHREIBUNG

Die Kalibriereinheit 7100.PGT120.CU.8 dient zur regelmäßigen Überprüfung der Widerstands-Grenzwerte des Warmbier PGT 120 Personentesters vor Ort, ohne das Gerät einsenden zu müssen.

VORTEILE

- Werkskalibriert und mit Kalibrierzertifikat geliefert
- 8 DIP-Schalter zur Prüfung der hinterlegten Widerstands-Grenzwerte
- Ermöglicht die wiederkehrende Kontrolle nach festgelegtem Kalibrierintervall

ANWENDUNG

Eingesetzt zur Sicherstellung der Messgenauigkeit von PGT 120 Personentestern in der Elektronikfertigung und in EPA-Bereichen.

NORMEN

ESD-Mess- und Prüfgeräte werden in Anlehnung an EN/ISO/IEC 17025 kalibriert und unterstützen die Personenerdung nach IEC 61340-5-1.

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/1