

Skala für digitales Refraktometer ORL 94BS zur Bestimmung von Maltose (Malzzucker) - KERN ORL-S113

Artikel-Nr. KER-ORL-S113

Hersteller Kern

EAN 4045761489592

Digitale Zusatzskala Maltose (Malzzucker) für das KERN Refraktometer ORL 94BS. Der Messbereich reicht von 0 % bis 16 % bei einer Teilung von 0,1 %. Die Skala wird digital auf das Gerät geladen und ist auch nachträglich nachrüstbar.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.5 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	90275000



BESCHREIBUNG

Für die Maltose-Bestimmung in Lebensmitteln und Lösungen liefert diese Zusatzskala am digitalen Refraktometer KERN ORL 94BS Werte von 0 % bis 16 % mit einer Teilung von 0,1 %. Sie ergänzt die vorinstallierten Skalen Brix und Brechungsindex.

VORTEILE

- **Direkte Ablesung:** Maltosegehalt von 0 % bis 16 %, Teilung 0,1 %.
- **Nachrüstbar:** die Skala wird auch nach dem Kauf digital auf das ORL 94BS geladen, bis zu acht Zusatzskalen je Gerät.
- **Genauigkeit:** Toleranz $\pm 0,2$ % über den Messbereich.
- **OXR-Basic Software:** kostenlose Software zum Messen, Speichern und Exportieren der Messergebnisse.

ANWENDUNGEN

Typische Einsatzgebiete sind die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie Labore, in denen der Zuckergehalt von Lösungen bestimmt wird.

KONFORMITÄT UND HERKUNFT

EAN 4045761489592, Zolltarifnummer 9027 50 00, Herkunftsland Deutschland.