

ESD Rückenlehnenelektrode Modell 900 für Ableitwiderstand an ESD- Stühlen - Warmbier WL35434

Artikel-Nr. WL35434

Hersteller Warmbier

Rückenlehnenelektrode Modell 900 zur Messung des Ableitwiderstands an Rückenlehnen von ESD-Stühlen. Leitfähiger Kontaktgummi $R < 5 \text{ Ohm}$ und isolierter Haltegriff für sichere Messungen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Rückenlehnenelektrode Modell 900 ist speziell für Ableitwiderstandsmessungen an den Rückenlehnen von ESD-Stühlen ausgelegt. Sie ermöglicht die normgerechte Prüfung der ableitfähigen Eigenschaften von Sitzmöbeln.

VORTEILE

- Leitfähiger Kontaktgummi mit $R < 5 \text{ Ohm}$ für niedrigen Kontaktwiderstand
- Gesamtwiderstand der Elektrode $R < 100 \text{ Ohm}$
- Isolierter Haltegriff für sicheres Handling

ANWENDUNG

Ableitwiderstandsmessung an Rückenlehnen und Sitzflächen von ESD-Stühlen im EPA.