

Station de test compacte poignet/chaussures - Desco 222507

Réf. article DESCO 222507

Fabricant Desco

Station de test compacte bracelet et chaussures pour usage moins intensif, conforme aux exigences de base de la EN 61340-5. Comprend une plaque murale et la plaque de pied unique 222502. Des LED indiquent réussite, échec haut, échec bas et pile faible.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Hinweis	EP0206088
Norm	EN 61340-5-1
Numéro de tarif douanier	90303370
Poids	1.06 kg



NORMES & CONFORMITÉ

EN 61340-5

DESCRIPTION

La 222507 complète le testeur compact par la mesure des chaussures. La station comprend une plaque murale et la plaque de pied unique 222502, de sorte que le bracelet et les chaussures peuvent être contrôlés à l'entrée de l'EPA.

AVANTAGES

- Station compacte pour usage moins intensif, conforme aux exigences de base de la EN 61340-5
- Des LED indiquent réussite, échec haut et échec bas ainsi que pile faible
- Comprend une plaque murale et la plaque de pied unique 222502

DONNÉES TECHNIQUES

- Tension de test: 9 V (pile PP3)
- Limite échec haut: 35 MΩ
- Limite échec bas: 0,75 MΩ
- Ancienne référence Vermason: H235
- Poids: 1,06 kg

APPLICATION

Contrôle d'entrée combiné du bracelet et des chaussures à l'entrée de l'EPA.