

Unité de vérification PD-410 pour contrôle d'étalonnage du PD-400

Réf. article EP0206042

Fabricant A1-ESD

Adaptateur de test pour la validation régulière du testeur de personnes PD-400 (EP0206024). Des résistances de référence définies permettent de vérifier rapidement les tolérances et valeurs limites pour le bracelet et les chaussures.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Norm	IEC 61340-5-1
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

L'unité de vérification PD-410 sert à la validation régulière du testeur de personnes PD-400 (article EP0206024). Elle permet de vérifier rapidement les tolérances et valeurs limites, afin que la fiabilité de mesure du contrôle de mise à la terre des personnes reste vérifiable.

AVANTAGES

- Contrôle fonctionnel rapide des valeurs limites pour bracelet et chaussures
- Résistances de référence définies pour les modes Fail Low à Fail High
- Commutateur rotatif pour sélectionner le mode de test, mesure par pointe de contact

DONNÉES TECHNIQUES (RÉSISTANCES DE RÉFÉRENCE)

- Bracelet 35 MΩ : Fail Low 680 kΩ, Pass Low 816,0 kΩ, Pass High 91,8 MΩ, Fail High 38,2 MΩ
- Chaussure gauche 100 MΩ : Fail Low 91 kΩ, Pass Low 109,0 kΩ, Pass High 91,0 MΩ, Fail High 109,0 MΩ
- Chaussure droite 100 MΩ : Fail Low 91 kΩ, Pass Low 109,0 kΩ, Pass High 91,0 MΩ, Fail High 109,0 MΩ
- Poids : 0,1 kg

UTILISATION

Outil de validation pour le contrôle de la mise à la terre des personnes selon IEC 61340-5-1. Chacun des quatre modes est sélectionné avec le commutateur rotatif et mesuré avec la pointe de contact.