

Pied avec plaque de maintien et gratte-chaussures pour PD-400/Combo Tester X3

Réf. article EP0206043

Fabricant A1-ESD

Pied ergonomique avec plaque de maintien pour le testeur de personnes PD 400 ou le Combo Tester X3. La plaque de base à bords d'attaque biseautés est compatible avec l'électrode de pied EP0206048 avec gratte-chaussures. Livré sans appareil de mesure.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Norm	IEC 61340-5-1
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le pied ergonomique reçoit le testeur de personnes PD 400 ou le Combo Tester X3 et les place à une hauteur de travail confortable pour le test d'accès. Le gratte-chaussures intégré nettoie les semelles avant le test des chaussures.

AVANTAGES

- Plaque de maintien pour PD 400 ou Combo Tester X3
- Plaque de base à bords d'attaque biseautés
- Compatible avec l'électrode de pied EP0206048 avec gratte-chaussures

DONNÉES TECHNIQUES

- Plaque de maintien pour PD 400 ou Combo Tester X3
- Plaque de base à bords d'attaque biseautés
- Compatible avec l'électrode de pied EP0206048 avec gratte-chaussures
- Poids : 0,1 kg
- Livré sans appareil de mesure

UTILISATION

Station au sol pour le contrôle de la mise à la terre des personnes à l'entrée de la EPA selon IEC 61340-5-1.