

Cadre de test de feuille 420 x 430 mm pour test à la feuille d'aluminium selon IEC 886 - Bandelin Sonorex FT 40


Réf. article BND-3094

Fabricant Bandelin

Cadre en fil métallique pour le test à la feuille d'aluminium selon IEC 886. Tend la feuille dans la cuve oscillante et rend visibles l'intensité et la répartition de la cavitation.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Norm	IEC 886
Numéro de tarif douanier	84799080
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.53 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 886

DESCRIPTION

Le cadre de test de feuille FT 40 tend une feuille d'aluminium à une position définie dans la cuve oscillante et constitue la base du test à la feuille d'aluminium selon IEC 886. La cavitation perce la feuille au fil du temps et rend ainsi visible et comparable l'intensité et la répartition du champ ultrasonique dans le nettoyeur.

AVANTAGES

- Vérification fonctionnelle simple de l'intensité et de la répartition de la cavitation
- Contrôle de processus reproductible, par exemple lors du retraitement des dispositifs médicaux
- Les feuilles peuvent être archivées et comparées dans le temps
- Format de cadre 420 x 430 mm adapté aux grandes dimensions de cuve

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	3094
Dimensions du cadre (LxI)	420 x 430 mm
Poids	0,53 kg

APPLICATION

Pour le test de feuille régulier à la première mise en service et à intervalles fixes, par exemple trimestriels, afin d'assurer la qualité des nettoyeurs à ultrasons. Le choix du cadre dépend de la taille du bac à ultrasons.

À choisir selon les dimensions de cuve du nettoyeur à ultrasons concerné.