

Testeur de personnel ESD EPA-RESIST ICS avec interface vers systèmes de pointage - A1-ESD EP0206099

Réf. article EP0206099

Fabricant A1-ESD

Testeur de personnel ESD pour le contrôle combiné du bracelet et des chaussures, avec une interface série supplémentaire pour l'échange de données avec les systèmes de pointage ou de contrôle d'accès existants. Avec fonction de test spéciale pour les femmes enceintes et les porteurs d'implants électroniques.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.2 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

L'EPA-RESIST ICS contrôle le bracelet et les chaussures du personnel à l'entrée de la zone EPA. Grâce à son Interface Communication System, il échange des données avec un système de pointage ou de contrôle d'accès existant, de sorte qu'une seule base de données et une seule carte d'identité par salarié suffisent.

AVANTAGES

- Interface série supplémentaire pour l'échange de données avec le pointage ou le contrôle d'accès
- Une seule base de données à gérer et une seule carte par salarié
- Fonction de test spéciale (mesure de tension passive) pour les femmes enceintes et les personnes porteuses d'implants électroniques tels que stimulateurs cardiaques ou implants auditifs
- Contrôle d'accès par trois relais librement configurables

DONNÉES TECHNIQUES

- Test : bracelet et chaussures, test chaussure à chaussure automatique
- Électrode de pied : avec ou sans racloir
- Écran : tactile couleur 7 pouces

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

- Mesure : température et humidité relative
- Processeur : 32 bits
- Tension de mesure sélectionnable : 33 V, 50 V ou 100 V
- Limites librement réglables, attribution de test par salarié
- Langue du menu : allemand ou anglais
- Interface : interface série supplémentaire (ICS)

CONTENU DE LA LIVRAISON

EPA-RESIST ICS, électrode de pied (au choix), pupitre de fixation murale ou de table, alimentation 24 V avec câble, câble de raccordement de la sortie relais, notice d'utilisation, certificat d'étalonnage.

NORMES

Test de mise à la terre du personnel selon CEI 61340-5-1.