

Pied avec plaque de maintien pour EPA-RESIST 8000/6000 et Combo Tester X3


Réf. article EP0206051

Fabricant A1-ESD

Pied ergonomique avec plaque de maintien pour les testeurs de personnes EPA-RESIST 8000, EPA-RESIST 6000 et Combo Tester X3. La plaque de base à bords d'attaque biseautés assure une position stable pendant le test des chaussures. Livré sans appareil de mesure et sans électrode de chaussure.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le pied ergonomique reçoit les testeurs de personnes EPA-RESIST 8000, EPA-RESIST 6000 ou le Combo Tester X3 et les place à une hauteur de travail confortable pour le test d'accès quotidien à la EPA.

AVANTAGES

- Plaque de base à bords d'attaque biseautés sur tout le pourtour pour une position stable et une montée facile avec les chaussures
- Compatible avec l'électrode de pied EP0206051 pour le test des chaussures
- Fixation stable de la plaque de maintien pour les testeurs de personnes A1-ESD courants

DONNÉES TECHNIQUES

- Plaque de maintien pour EPA-RESIST 8000, EPA-RESIST 6000 et Combo Tester X3
- Plaque de base à bords d'attaque biseautés
- Poids : 0,1 kg
- Livré sans appareil de mesure et sans électrode de chaussure

UTILISATION

Utilisé comme station au sol pour le contrôle de la mise à la terre des personnes à l'entrée d'une EPA selon la norme IEC 61340-5-1.