

Unité de calibrage avec 12 commutateurs DIP pour testeur PGT 120 - Warmbier 7100.PGT120.CU.12

Réf. article WL42975

Fabricant Warmbier

Unité de vérification calibrée en usine pour contrôler les valeurs limites de résistance du PGT 120 directement au poste de travail. Les 12 commutateurs DIP permettent de vérifier les seuils enregistrés, certificat de calibrage inclus.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 17025 IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

L'unité de calibrage 7100.PGT120.CU.12 sert à vérifier sur site les valeurs limites de résistance du testeur de personnes Warmbier PGT 120, sans renvoyer l'appareil.

AVANTAGES

- Calibrée en usine et livrée avec certificat de calibrage
- 12 commutateurs DIP pour contrôler les limites de résistance enregistrées
- Permet la vérification périodique selon l'intervalle de calibrage défini

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle : 7100.PGT120.CU.12
- Version : 12 commutateurs DIP
- Unité de vente : 1 pièce

APPLICATION

Utilisée pour confirmer la précision de mesure des testeurs PGT 120 en fabrication électronique et en

zones EPA.

NORMES

Les appareils de mesure et de contrôle ESD sont calibrés conformément à EN/ISO/IEC 17025 et soutiennent la mise à la terre des personnes selon IEC 61340-5-1.